



Декларация соответствия ЕС

Изготовитель: UWT GmbH 87488 Betzigau Westendstr. 5	Тип прибора: Обозначение:	Предельный выключатель уровня заполнения Серия RN 3000 RN 3001 / 3002 / 3003 / 3004 / 3005 / 3006
--	------------------------------	---

2006/95/EC

Электрическое оборудование в определенном диапазоне напряжений

Нормы, использованные для аттестации прибора:
DIN EN 61 010-1 (Определения техники безопасности для электрических измерительных, контрольных, регулирующих и лабораторных приборов)
EN 60 529 (IEC 529) (Классы защиты корпусом)

2004/108/EC

Электромагнитная совместимость

Нормы, использованные для аттестации прибора:
EN 61 326 (требования EMC, Электрическое оборудование для измерительной техники, управляющей техники и лабораторного применения)

94/9/E (опция)

Приборы и системы охраны для использования в соответствии с назначением во взрывоопасных зонах

Свидетельство об испытаниях прототипа ЕС: Учреждение сертификации:
DMT 01 ATEX E 105 Deutsche Montan Technologie GmbH (DMT/BVS)
D-44809 Bochum
Код: 0158

Нормы, использованные для аттестации прибора:
EN 50 281-1-1 : 1998 (Электрическое оборудование с защитой корпусом)

Примечание: Приборы, произведенные в соответствии с Директивой 94/9/EC, имеют соответствующую маркировку на фирменной табличке. Немаркированные приборы не допущены для применения во взрывоопасных зонах.

Данным документом подтверждается, что вышеназванное оборудование соответствует основным требованиям к защите, определенным в вышеупомянутой Директиве.

Информация о подписывающем лице:

Имя: Дипл. инж. (FH) А. Хауг (A. Naug), Технический руководитель

Дата: 07/2007

Подпись: