



EG – Konformitätserklärung

Hersteller: UWT– GmbH 87488 Betzigau Westendstr. 5	Gerätetyp: Bezeichnung:	Füllstand Grenzschalter Serie RN 4000 RN 4001
---	--------------------------------	---

2006/95/EG
Elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

Zur Beurteilung des Gerätes angewandte Normen:
DIN EN 61 010–1 (Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess–, Steuer–, Regel– und Laborgeräte)
EN 60 529 (IEC 529) (Schutzarten durch Gehäuse)

2004/108/EG
Elektromagnetische Verträglichkeit

Zur Beurteilung des Gerätes angewandte Normen:
EN 61 326 (EMV Anforderungen, Elektrische Betriebsmittel für Messtechnik, Leittechnik und Laboreinsatz)

94/9/EG (optional)
Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsmäßigen Verwendung
in explosionsgefährdeten Bereichen

EG–Baumusterprüfbescheinigung: DMT 01 ATEX E 106	Benannte Stelle: Deutsche Montan Technologie GmbH (DMT/BVS) D–44809 Bochum Kennnummer: 0158
---	--

Zur Beurteilung des Gerätes angewandte Normen:
EN 50 281–1–1 : 1998 (Elektrische Betriebsmittel mit Schutz durch Gehäuse)

Bemerkung: Geräte, die nach der Richtlinie 94/9/EG gebaut sind, tragen die entsprechende Kennzeichnung auf dem Typenschild. Nicht gekennzeichnete Geräte sind nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen.

Hiermit wird bestätigt, dass das oben genannte Betriebsmittel mit den wesentlichen Schutzanforderungen, die oben genannte Richtlinien festlegen, übereinstimmt.

Angaben zum Unterzeichner:

Name: Dipl. Ing. (FH) A. Haug, Technischer Leiter
Datum: 07/2007

Unterschrift: 